LINHA ODONTO

INDICADOR BIOLÓGICO
VAPOR 24 HORAS



UTILIZAÇÃO

Indicador biológico autocontido, desenvolvido para o monitoramento de ciclos de esterilização a vapor. O indicador é composto por um frasco termoplástico, uma ampola de vidro interna contendo meio de cultura (com indicador de pH, geralmente de cor roxa) e um portador de papel impregnado com população mínima de 10^5 UFC de esporos Geobacillus stearothermophilus.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Frequência de monitoração: Recomenda-se o uso de um indicador biológico em cada carga, especialmente em cargas contendo materiais críticos ou implantáveis. A frequência mínima de monitoramento deve seguir a legislação local vigente.

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br